

## Kurzbeschreibung

Das Kontaktvlies wird zwischen die Kontaktflächen des Kontaktisches KT 102 und die Groundplane GND 25 gelegt. Es dient zur besseren Kontaktierung dieser beiden Teile des Koppelinduktivitätsmessplatzes.